

管制人員的答覆

總目： 49 食物環境衛生署

分目： 資本帳 603 機器、車輛及設備

綱領：

管制人員： 食物環境衛生署署長

局長： 衛生福利及食物局局長

問題：

在此分目下，食物環境衛生署預計會採購一套高分辨電感耦合等離子體質譜聯用儀系統。請問當局此儀器對化驗工作會有何實質的幫助？

提問人： 黃容根議員

答覆：

高分辨電感耦合等離子體質譜聯用儀系統 (HR-ICP-MS) 是用作精確量度食品中極低含量的化學物，例如鎘和砷。這套系統將會加強食環署現有支援食物風險評估及標準設定工作的系統。

簽署：

姓名：

陳育德

職銜：

食物環境衛生署署長

日期：

15.3.2007