

審核 2013-14 年度

答覆編號

開支預算

FHB(FE)110

問題編號

0214

管制人員的答覆

總目： 49 食物環境衛生署

分目：

綱領： (1) 食物安全及公共衛生

管制人員： 食物環境衛生署署長

局長： 食物及衛生局局長

問題：

於此綱領下提及會採購綜合液相色譜一串聯質譜儀，請問詳情，包括儀器的功能、用作支援的服務範疇、所需開支及預計可提高／改善的效率等等分別如何？

提問人： 張宇人議員

答覆：

液相色譜一串聯質譜儀是高度靈敏的儀器，可以用以測定食物內即使小量的有毒化學物殘餘。《食物內除害劑殘餘規例》(香港法例第 132CM 章)將於 2014 年 8 月 1 日開始實施，該儀器會用於檢測受上述規例規管的除害劑。該儀器約值 450 萬元，每年可分析約 4 000 個蔬果樣本，測定多種除害劑的殘餘量。

姓名： 梁卓文

職銜： 食物環境衛生署署長

日期： 28.3.2013